



MINISTERIO DE SALUD DE PERÚ
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
ORGANISMO PÚBLICO EJECUTOR DEL SECTOR SALUD
"Investigar para proteger la salud"

Programa de Evaluación Externa del Desempeño (PEVED)
en inmunoserología para Bancos de Sangre tipo II
FORMULARIO DE RESPUESTAS

Fecha: 15/11/2024
Hora: 12:28 p.m.

Establecimiento	HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	Correo	direccion@hndac.gob.pe
N° Registro	INS0123	Dirección	AV. GUARDIA CHALACA 2206
Telefono	016147474	Fecha	15/11/2024
Fax			
Director	Dra. Elena del Rosario Figueroa Coz	Jefe	Miranda Watanabe Martha
Correo Director	direccion@hndac.gob.pe	Correo Jefe	marthamirandawatanabe@yahoo
Telefono	016147474 anexo 3201	Telefono	942761585
		Anexo	

Parametro: anti HbC

Nombre del Reactivo	Murex anti-HbC (Total)	Responsable	LIC MERY ANN COSSIO VILL
Marca	Diasorin S.p.A.	Lote	318016
F Vencimiento	08/11/2025	Generacion	4TA
Comentario		F Ejecución	13/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1 2.70
Positivo 1 0.417
Positivo 2
Valor de Corte 1.0
Antígeno

2° Ensayo

Negativo 1
Positivo 1
Positivo 2
Valor de Corte
Antígeno

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	2.70		NR	
2	2.70		NR	
3	2.70		NR	
4	2.70		NR	
5	0.100	0.100	R	
6	2.70		NR	
7	2.70		NR	
8	2.70		NR	
9	2.70		NR	
10	0.100	0.100	R	
11	0.100	0.100	R	
12	2.70		NR	

Parametro: CHAGAS

Nombre del Reactivo	otros - especificar en observaci	Responsable	LIC MERY ANN COSSIO VILL/
Marca	Diasorin S.p.A.	Lote	187036
F Vencimiento	31/08/2025	Generacion	4TA
Comentario	MARCA DE REACTIVO: MUREX CHAGAS	F Ejecución	13/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1 0.031
Positivo 1 1.8
Positivo 2
Valor de Corte 1.0
Antígeno

2° Ensayo

Negativo 1
Positivo 1
Positivo 2
Valor de Corte
Antígeno

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.016		NR	
2	0.018		NR	
3	0.0096		NR	
4	0.041		NR	
5	0.014		NR	
6	0.027		NR	
7	15	15	R	
8	0.015		NR	
9	0.012		NR	
10	0.012		NR	
11	0.010		NR	
12	0.032		NR	

Parametro: HBs Ag

Nombre del Reactivo	Murex HBsAg Versão 3	Responsable	LIC MERY ANN COSSIO VILL/
Marca	Diasorin S.p.A.	Lote	132069
F Vencimiento	12/08/2025	Generacion	4TA
Comentario		F Ejecución	13/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1 0.030
Positivo 1 0.25
Positivo 2
Valor de Corte 0.05
Antígeno

2° Ensayo

Negativo 1
Positivo 1
Positivo 2
Valor de Corte
Antígeno

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.030		NR	
2	0.030		NR	
3	0.030		NR	
4	0.030		NR	
5	110	110	R	
6	0.030		NR	
7	0.030		NR	
8	0.030		NR	
9	0.030		NR	
10	150	150	R	
11	0.030		NR	
12	0.030		NR	

Parametro: HCV

Nombre del Reactivo Murex anti-HCV (versión 4.0) Responsable LIC MERY ANN COSSIO VILL
Marca Diasorin S.p.A. Lote 346022
F Vencimiento 09/10/2025 Generación 4TA
Comentario F Ejecución 13/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1 0.031
Positivo 1 2.5
Positivo 2
Valor de Corte 1.0
Antígeno

2° Ensayo

Negativo 1
Positivo 1
Positivo 2
Valor de Corte
Antígeno

Código	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.024		NR	
2	10	10	R	
3	0.043		NR	
4	0.027		NR	
5	0.046		NR	
6	0.054		NR	
7	0.040		NR	
8	0.049		NR	
9	0.056		NR	
10	0.064		NR	
11	0.047		NR	
12	0.045		NR	

Parametro: HIV

Nombre del Reactivo HIV Combinado Ag/Ab - Murex Responsable LIC MERY ANN COSSIO VILL
Marca Diasorin S.p.A. Lote 139060
F Vencimiento 31/07/2025 Generación 4TA
Comentario F Ejecución 13/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1 0.289
Positivo 1 2.32
Positivo 2 0
Valor de Corte 1.0
Antígeno

2° Ensayo

Negativo 1
Positivo 1
Positivo 2
Valor de Corte
Antígeno

Código	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.260		NR	
2	0.314		NR	
3	0.286		NR	
4	110	110	R	
5	0.278		NR	
6	0.314		NR	
7	0.294		NR	
8	0.270		NR	
9	0.315		NR	
10	0.276		NR	
11	0.274		NR	
12	106	100	R	

Parametro: HTLV

Nombre del Reactivo	Murex HTLV (H)	Responsable	LIC MERY ANN COSSIO VILL
Marca	Diasorin S.p.A	Lote	170038
F Vencimiento	28/04/2025	Generacion	4TA
Comentario		F Ejecución	13/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1 0.20
Positivo 1 5
Positivo 2
Valor de Corte 1.0
Antígeno

2° Ensayo

Negativo 1
Positivo 1
Positivo 2
Valor de Corte
Antígeno

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	190	190	R	
2	0.32		NR	
3	0.24		NR	
4	0.24		NR	
5	0.29		NR	
6	0.26		NR	
7	0.21		NR	
8	0.29		NR	
9	160	160	R	
10	0.29		NR	
11	0.24		NR	
12	0.29		NR	

Parametro: SIFILIS

Nombre del Reactivo	otros - especificar en observaci	Responsable	LIC MERY ANN COSSIO VILL
Marca	Diasorin S.p.A.	Lote	332029
F Vencimiento	07/12/2025	Generacion	4TA
Comentario	LIAISON TREPONEMA SCREEN	F Ejecución	13/11/2024

1° Ensayo

Negativo 1 0.100
Positivo 1 10.4
Positivo 2
Valor de Corte 1
Antígeno

2° Ensayo

Negativo 1
Positivo 1
Positivo 2
Valor de Corte
Antígeno

Codigo	ABS1	ABS2	Interpretación	Comentario
1	0.100		NR	
2	0.100		NR	
3	70.0	70.0	R	
4	0.118		NR	
5	0.100		NR	
6	0.100		NR	
7	0.100		NR	
8	70	70	R	
9	0.100		NR	
10	0.100		NR	
11	0.100		NR	
12	70	70	R	